

Datos instrumento patrón (comprobador de par)

Nº Serie	Marca:	Modelo:
Nº Certificado calibración:	Fecha calibración:	

Tabla incertidumbres patrón

Par	4 mkg	6 mkg	8 mkg	10 mkg	12 mkg	15 mkg	35 mkg	55 mkg	80 mkg
Incertidumbre									

Datos de la llave dinamométrica verificada

Nº Serie	Marca:	Modelo:
Datos adicionales:		

Datos de la Verificación

Ajuste de la llave verificada	4 mkg	6 mkg	8 mkg	10 mkg	12 mkg	15 mkg	35 mkg	55 mkg	80 mkg
Lectura 1									
Lectura 2									
Lectura 3									
Promedio									
Diferencia									
$D+I_{PATRÓN}$									

Recomendaciones:

Firma Técnico y Sello CSI	Fecha Verificación:
---------------------------	---------------------

Acción realizada: